

Số: 1264/QĐ-TTYT

Giồng Riềng, ngày 24 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn
Gói thầu: Chi phí bảo trì, tẩy rửa khử khuẩn định kỳ
hệ thống RO thận nhân tạo (12 tháng)**

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ GIỒNG RIỀNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số: 731/QĐ-TTYT ngày 22/12/2025 của Trung tâm Y tế Giồng Riềng về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Chi phí bảo trì, tẩy

rửa khử khuẩn định kỳ hệ thống RO thận nhân tạo (12 tháng).

Căn cứ Thư giảm giá ngày 22/12/2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY LỌC THẬN VIỆT NAM. Địa chỉ: Số 8, ngõ 99/110/85 Định Công Hạ, phường Định Công, Thành Phố Hà Nội (Tổng giá trị thư giảm giá: 89.540.000 đồng);

Căn cứ tờ trình số 165/TTr-DVTTBYT ngày 12/12/2025 của Khoa Dược-VT, TBYT về việc xin phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Chi phí bảo trì, tẩy rửa khử khuẩn định kỳ hệ thống RO thận nhân tạo (12 tháng).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Y tế Giồng Riềng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Chi phí bảo trì, tẩy rửa khử khuẩn định kỳ hệ thống RO thận nhân tạo (12 tháng), thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Giồng Riềng.
- Tên gói thầu: Chi phí bảo trì, tẩy rửa khử khuẩn định kỳ hệ thống RO thận nhân tạo (12 tháng).
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt: 102.965.000 đồng.
Số tiền bằng chữ: (Một trăm lẻ hai triệu, chín trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói theo đơn đặt hàng (giá cạnh tranh).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự thầu	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có)	Giá đề xuất trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY LỌC THẬN VIỆT NAM	vn0101312051	89.540.000	89.540.000	89.540.000	12 tháng	12 tháng

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không có.

4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: (kèm phụ lục)

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Khoa Dược-VT, TBYYT có trách nhiệm thông báo kết quả phê duyệt chỉ định thầu rút gọn, thương thảo ký kết hợp đồng và thực hiện các bước tiếp theo đúng qui định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Khoa Dược-VT, TBYYT và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành hành quyết định này. *T. N. N.*

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Nhì

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 1264/QĐ-TTYT ngày 24/12/2025 của Trung tâm Y tế Giồng Riềng)

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ CÓ VAT	THÀNH TIỀN CÓ VAT
1	Chi phí kiểm tra, bảo trì RO định kỳ. - Kiểm tra tại chỗ bằng thiết bị đo cầm tay các chỉ tiêu (<i>hàm lượng chlorine, tổng chất rắn hòa tan TDS, độ dẫn điện EC, độ cứng Canxi và Magie</i>) tại các vị trí: + Nước nguồn đầu vào hệ thống. + Nước mềm sau cụm thiết bị tiền xử lý. + Nước thành phẩm sau máy RO. + Nước R.O hồi lưu trên đường ống cấp qua phòng chạy thận. - Kiểm tra, bảo trì thiết bị của hệ thống RO. - Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật bị sai lệch trên toàn bộ thiết bị. - Sửa chữa khắc phục các hư hỏng nhỏ. - Định kỳ 3 tháng/lần.	Lần	04	2.750.000	11.000.000
2	Chi phí tẩy rửa khử khuẩn định kỳ. - Xả rửa bồn chứa nước thô. - Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước RO. - Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước RO tuần hoàn cho máy thận. - Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước RO cho máy rửa màng lọc. - Quy trình và hoá chất áp dụng: theo quy trình 6 thuộc Quyết định 2482/QĐ-BYT. - Biện pháp kiểm tra tồn dư hóa chất: máy đo hàm lượng Chlorine 2 trong 1 (<i>đo hàm lượng Chlorine dư và hàm lượng Chlorine tổng</i>): Model HI 97711, hãng sx HANNA Instruments (ITALIA), sản xuất tại ROMANIA, tiêu chuẩn CE ; ISO 9001:2008. - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo”, hoặc chứng chỉ “sử dụng trang thiết bị y tế an toàn cho bệnh nhân lọc máu”. - Dung dịch sử dụng gốc javen: CLEAN.PRO B-1 – 5kg (5~6%), pha loãng khử khuẩn 0.2%. - Số lượng hóa chất 2 can = 10 lít/1 lần. - Xuất xứ: SARAYA CO/Nhật Bản. - Định kỳ 3 tháng/lần.	Lần	04	7.800.000	31.200.000
3	Chi phí thay lõi lọc phân tử 5 micron định kỳ. - Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén.	Lần	04	2.170.000	8.680.000

	- Kích thước lỗ thấm 5 micron. - Kích thước ngoài Φ62mm, dài 508mm. - Xuất xứ: KOREA. - Số lượng lõi: 07 cái / lần thay thế. - Thời gian thay thế định kỳ 3 tháng/lần.				
4	Thay lõi lọc vi sinh 0,2 micron. Lõi lọc polypropylene dạng xếp trong khung nhựa PE. - Kích thước lỗ thấm 0,2 micron. - Kích thước ngoài: Φ68mm, dài 508mm. - Xuất xứ: KOREA. - Số lượng lõi: 03 cái / lần thay thế. - Thời gian thay thế định kỳ 6 tháng/lần.	Lần	02	6.660.000	13.320.000
5	Chi phí lấy mẫu gửi kiểm nghiệm vi sinh. - Mẫu tổng số vi sinh vật sống: 01 mẫu. - Vị trí lấy mẫu: cuối đường hồi lưu. - Nơi gửi mẫu: Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM (đơn vị thuộc BHYT). - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 hoặc ISO 23500:2019 (qui định BHYT). - Chi phí bao gồm chai lọ đựng mẫu theo qui cách của Viện, dụng cụ lấy mẫu và bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm. - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo”, hoặc chứng chỉ “sử dụng trang thiết bị y tế an toàn cho bệnh nhân lọc máu” - Định kỳ 3 tháng/lần.	Lần	04	310.000	1.240.000
6	Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm nội độc tố. - Mẫu nội độc tố vi khuẩn (Endotoxin): 01 mẫu. - Vị trí lấy mẫu: cuối đường hồi lưu. - Xét nghiệm ngưỡng giới hạn. - Nơi gửi mẫu: Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM hoặc Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Tp HCM (đơn vị thuộc BHYT) - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 hoặc ISO 23500:2019 (qui định BHYT). - Chi phí bao gồm chai lọ đựng mẫu theo qui cách của Viện, dụng cụ lấy mẫu và bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm. - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống RO và lấy mẫu xét nghiệm nước RO Thận Nhân Tạo”, hoặc chứng chỉ “sử dụng trang thiết bị y tế an toàn cho bệnh nhân lọc máu” - Định kỳ 3 tháng/lần.	Lần	04	4.900.000	19.600.000

7	Chi phí lấy mẫu gửi kiểm nghiệm hóa lý định kỳ - Mẫu xét nghiệm 23 thành phần hóa học: 01 mẫu. - Vị trí lấy mẫu: cuối đường hồi lưu. - Nơi gửi mẫu: Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM (đơn vị thuộc BYT). - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 hoặc ISO 23500:2019 (qui định BYT). - Chi phí bao gồm chai lọ đựng mẫu theo qui cách của Viện, dụng cụ lấy mẫu và bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm. - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống RO và lấy mẫu xét nghiệm nước RO Thận Nhân Tạo”, hoặc chứng chỉ “sử dụng trang thiết bị y tế an toàn cho bệnh nhân lọc máu - Định kỳ 12 tháng/lần.	Lần	01	4.500.000	4.500.000
	Tổng cộng				89.540.000
	Bằng chữ: (Tám mươi chín triệu, năm trăm bốn chục nghìn đồng).				