

Số: 15 /TB-TTYT

Giồng Riềng, ngày 08 tháng 1 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá mua sắm máy, thiết bị y tế
tại Trung tâm Y tế Giồng Riềng

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Công văn số 277/SYT-KHTC ngày 18/7/2025 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc triển khai Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Công văn số 880/SYT-KHTC ngày 13/8/2025 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc tăng cường, chủ động triển khai công tác mua sắm phục vụ cho hoạt động thường xuyên tại các đơn vị;

Trung tâm Y tế Giồng Riềng có nhu cầu mua sắm máy, thiết bị y tế. Trung tâm Y tế Giồng Riềng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có đủ năng

lực cung cấp máy, thiết bị y tế và gửi bảng báo giá cho đơn vị. Mục đích báo giá làm cơ sở xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Giồng Riềng.

- Địa chỉ: Ấp 8, Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ và cách thức tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược-VT, TBYT, trực thuộc Trung tâm Y tế Giồng Riềng.

- Số điện thoại: 02973.633.777 – 0297.866.3939.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VT, TBYT, trực thuộc Trung tâm Y tế Giồng Riềng. Ấp 8, Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 30, ngày 08 tháng 1 năm 2026 đến 7 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 1 năm 2026.

Thông báo được đăng trên Website Trung tâm Y tế Giồng Riềng và Trang muasamcong.mpi.gov.vn.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày ngày 19 tháng 1 năm 2026.

5. Số lượng báo giá: 04 bộ.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: (có phụ lục kèm theo)

Nay Trung tâm Y tế Giồng Riềng gửi đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm đến công tác mua sắm máy, thiết bị y tế để xin báo giá nhằm thực hiện xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trang muasamcong.mpi.gov.vn;
- Website: Trung tâm Y tế Giồng Riềng;
- Ban Giám Đốc (Đề báo cáo);
- Lưu: VT, DVTTBYT.



Lê Văn Nhì

Phụ lục

(kèm theo thông báo số 15 /TB-TTYT ngày 08/1/2026 của Trung tâm Y tế Giồng Riềng)

STT	CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Đơn vị tính	Số lượng
1	MÁY LASER CHÂM CỨU 12 KÊNH Năm sản xuất : 2025 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 <u>Cấu hình cung cấp:</u> - Máy chính kèm màn hình cảm ứng ≥ 5 inch: 01 Cái - Đầu phát laser: 12 Cái - Băng dính: 01 cuộn - Giá đỡ băng dính: 01 Cái - Kính bảo vệ mắt: 02 Cái - Cáp nguồn: 01 Cái - Giá đỡ đầu laser: 01 Bộ - Tài liệu HDSD: 01 Bộ <u>Thông số kỹ thuật:</u> - Số kênh điều trị: ≥ 12 kênh - Màn hình cảm ứng màu ≥ 5 inch - Có ≥ 12 đi-ốt laser ánh sáng đỏ - Hoạt động ở ≥ 2 chế độ: Chế độ liên tục và chế độ xung - Cài đặt sẵn các tần số sinh học - Có thể cài đặt thông số chung hoặc cho từng kênh riêng biệt	Máy	02

	- Có thể bật tắt từng kênh riêng biệt - Đầu laser được đánh số từ 1 -12 - Tự động tính toán năng lượng hấp thụ qua mô - Có nút dừng khẩn cấp - Có Led chỉ thị hoạt động nguồn - Có tiếng bíp trong quá trình hoạt động - Chế độ bảo vệ màn hình: Sau 30 phút không sử dụng màn hình tự động tắt - Bước sóng: 658nm (ánh sáng đỏ) - Điều khiển bằng vi xử lý - Độ rộng xung điều chỉnh: $\leq 5 - \geq 95\%$ (mỗi bước 1%) - Công suất tối đa mỗi kênh : $\geq 50\text{mW}$ (max) - Tổng công suất tối đa 12 kênh: $\geq 600\text{mW}$ (max) - Tần số cài đặt: $\leq 0,1 - \geq 100000$ Hz - Cài đặt sẵn tần số sinh học: Nogier, BAHHR hoặc tương đương - Cài đặt thời gian điều trị: $\leq 1 - \geq 99$ phút - Tuổi thọ của đi-ốt laser: ≥ 10000 giờ - Kiểu laser: 3B hoặc tương đương - Công suất tiêu thụ: $\leq 15\text{W}$		
2	Máy sắc thuốc đóng gói tự động(loại 3 nôi) Năm sản xuất : 2025 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 <u>Cấu hình cung cấp:</u> - Máy chính: 01 cái	Máy	01

	- Nồi sắc thuốc kèm nắp đậy: 03 cái - Bảng điều khiển điện tử (có dẫn chú thích tiếng Việt): 01 cái - Cuộn túi đóng gói theo máy: 01 cái - Túi lọc dược liệu sơ cấp: 03 cái - Dây nguồn: 01 cái - Bộ hướng dẫn sử dụng : 01 cái <u>Thông số kỹ thuật</u> - Sắc thuốc ở áp lực thông thường, tự động kiểm soát nhiệt độ - Kết hợp sắc thuốc và đóng gói - Tự động chuyển chế độ giữa nhiệt sắc thuốc cao và thấp - Đóng gói kín hơi, kiểm soát bằng vi xử lý, vận hành an toàn, tiết kiệm năng lượng, thời gian và tăng cường hiệu quả của thuốc. - Dung tích bình chứa: $\geq 20,000\text{ml}$ - Công suất đóng gói (gói/ phút): ≤ 7 - Số nồi: ≥ 3 nồi - Số toa thuốc sắc/lần: ≥ 3 - Công suất nồi sắc (W) : ≥ 4500 - Công suất sôi (W) : ≥ 800 - Tổng công suất (W) : ≥ 6300		
--	--	--	--