

Số: 428 /TB-TTYT

Giồng Riềng, ngày 17 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm máy, thiết bị và dụng cụ y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công; Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng có nhu cầu mua sắm máy, thiết bị và dụng cụ y tế. Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có đủ năng lực cung cấp máy, thiết bị và dụng cụ y tế và gửi bảng báo giá cho đơn vị. Mục đích báo giá làm cơ sở xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng.

- Địa chỉ: Khu phố 8 Thị Trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

2. Thông tin liên hệ và cách thức tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược-TTB-VTYT, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng.

- Số điện thoại: 02973.633.777 – 0297.866.3939.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng. Khu phố 8 Thị Trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

- Nhận qua email: tranthephuongbvgr@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 30, ngày 17 tháng 04 năm 2025 đến 7 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2025.

- Thông báo được đăng trên Website Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày.

5. Số lượng báo giá: 01 bộ.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: (có phụ lục đính kèm)

Nay Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng gửi đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm đến công tác mua sắm máy, thiết bị và dụng cụ y tế để xin báo giá nhằm thực hiện xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch và thực hiện thủ tục đấu thầu theo đúng quy định hiện hành. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website: Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng;
- Ban Giám Đốc (Đề báo cáo);
- Lưu: VT, D-TTB-VTTYT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Nhì

PHỤ LỤC

(kèm Thông báo số: 428 /TB-TTYT ngày 17 tháng 04 năm 2025)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
01	Xốp phủ vết thương	BỘP XỐP PHỦ VẾT THƯƠNG LOẠI NHỎ 2 (NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY DRESSING KIT BLACK FOAM) 'Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp Size S, kích thước 150x100x30mm; vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp. - Nội độc tố: Hàm lượng nội độc tố của vi khuẩn không được lớn hơn 20Eu/bộ - Dư lượng ethylene axít: Lượng dư của ethylene oxide không được lớn hơn 10 µg/g. - Đầu hút dịch tròn có đường kính Ø 100mm, vật liệu soft PVC - Dây dẫn dịch, vật liệu Soft PVC chiều dài ống dẫn dịch 60cm, có tích hợp cổng để bơm dung dịch sát khuẩn vết thương, cổng có nắp để đóng lại khi không sử dụng để tránh rò rỉ áp lực - Đầu hút dịch liền khối và tích hợp băng dán trên đầu hút dịch: tăng sự lưu kín của áp lực âm khi hút dịch, hạn chế rò rỉ khí - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film kích thước 30x20cm - Co nối I và Y - Tiệt khuẩn và đóng gói chung các vật tư trên	10	Bộ
02	Bình chứa dịch hút	BÌNH CHỨA DỊCH HÚT - LOẠI 500ML (NPWT DISPOSABLE CANISTER DRAINAGE BOTTLE WITH TUBES) Sản phẩm bình chứa dịch dùng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp	10	Bộ

		áp lực âm - Tương thích máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ - Bình chứa dịch có màu trắng đục để theo dõi được lượng dịch tiết, sử dụng một lần kèm theo ống dẫn dịch vào bình chứa dịch - Ống dẫn dịch vào bình chứa dịch có chiều dài $\geq 120\text{cm}$, đường kính ngoài của ống $\geq \text{Ø}8.5\text{mm}$, đường kính trong $\text{Ø} \geq 5\text{mm}$ - Bình chứa dịch dung tích 500ml có phần thân bình làm từ vật liệu Polyethylen, phần nắp bình làm từ vật liệu PVC - Kích thước bình khoảng 9.8x9x8.9cm - Có tích hợp bột làm cô đặc dịch làm từ Super Absorbent Polymer (SAP) giúp kháng khuẩn, giảm mùi hôi của dịch vết thương - Có 2 co nối chữ L tương thích với máy hút áp lực âm - Bình có miếng lọc tích hợp để ngăn dòng chất lỏng chảy ngược trở lại hệ thống hút và giữ hơi ẩm không vào máy.		
* Yêu cầu của Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng: - Đơn vị trúng thầu cho Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng mượn ít nhất 01 hệ thống hút hỗ trợ để sử dụng.				